



Bessines, le 7 mai 2025

N/Réf. : 66/PLAC 6H-2 1-04 25 V1-JPD

Monsieur Gilles BOUCHET
PLACOPLATRE
105 route d'Argenteuil
95240 CORMEILLES EN PARISIS

Monsieur,

Suite à la réception le 25 avril 2025 des filtres à analyser, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les résultats des analyses radiologiques effectuées sur :

- le filtre posé le mercredi 19 mars 2025 et déposé le mercredi 16 avril 2025 par DELEO, sur le préleveur de la « Station Village » de l'**école des Marlières à VAUJOURS**, et réceptionné par courrier postal à ALGADE le 25 avril 2025. A noter que le volume d'air prélevé relevé par DELEO était de 4674 m³ ;
- le filtre posé le mercredi 19 mars 2025 et déposé le mercredi 16 avril 2025 par DELEO, sur le préleveur de la « Station Village » du **Gymnase Léo Lagrange de Villeparisis**, et réceptionné par courrier postal à ALGADE le 25 avril 2025. A noter que le volume d'air prélevé relevé par DELEO était de 4665 m³.

Pour information, l'activité alpha globale émergente mesurée sur les 2 filtres est supérieure au seuil de décision de la méthode d'analyse utilisée (compteur à photomultiplicateur) mais reste faible compte-tenu des volumes prélevés.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et nous vous prions d'accepter, Monsieur, nos salutations les meilleures.



Jean-Pascal DUMET
Chargé d'affaires

P.J. : 2 rapports d'essais

Copie : Madame Sophie MAMBRINI (PLACO) sophie.mambrini@saint-gobain.com ;
Monsieur Stéphane BERTON (PLACO) stephane.berton@saint-gobain.com ;
Monsieur Eric ROYER (PLACO) eric.royer@saint-gobain.com

ALGADE



Laboratoire d'Analyses Environnementales (LAE)
Avenue du Brugeaud - 87250 Bessines-sur-Gartempe

Laboratoire Environnement et Dosimétrie (LED)
Avenue du Brugeaud - 87250 Bessines-sur-Gartempe

Rapport d' Essais

Page 1 / 1

Edité le : 07/05/2025

ALG2504-371-V1

A l' attention du chargé d'affaire Jean-Pascal DUMET
Pour le client Société PLACOPLATRE
M. Gilles BOUCHET
105, Route d'Argenteuil

95240 CORMEILLES EN PARISIS
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus. Il comporte 1 page.

ALGADE désengage sa responsabilité sur les données fournies par le client (libellé échantillon, date et lieu de prélèvement et volume prélevé le cas échéant).

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification Echantillon : ALG2504-371

Identification dossier : ALG25-372

Libellé Echantillon Client : Balise ecole 4674 m3

Matrice : Air

Date de prélèvement : 16/04/2025

Lieu de prélèvement : ecole vaujours

N° d'affaire : PLAC 6H

Référence Contrat : ALGC15-114

Date réception laboratoire : 25/04/2025

Paramètre	Résultats	Unité	Incertitude élargie U(A) k=2	Limite de Détection LD	Date de la mesure	Méthode	Norme	cofrac
	A							
Analyse réalisée par : LED								
Activite alpha globale émergente	0.088	Bq	0.027	0.034	05/05/2025	Compteur à photomultiplicateur	Méthode interne	

Expression des résultats :

Si A est inférieur ou égal à SD alors le résultat est exprimé sous la forme : < SD

Si A>SD alors le resultat est exprimé sous la forme : A±U(A)

Avec SD : Seuil de décision, LD : Limite de détection, A : Activité, U(A) : Incertitude élargie associée à A.

Nicolas BERNHARD

Responsable Technique Laboratoire

A L G A D E



Laboratoire d'Analyses Environnementales (LAE)
Avenue du Brugeaud - 87250 Bessines-sur-Gartempe

Laboratoire Environnement et Dosimétrie (LED)
Avenue du Brugeaud - 87250 Bessines-sur-Gartempe

Rapport d' Essais

Page 1 / 1

Edité le : 07/05/2025

ALG2504-370-V1

A l' attention du chargé d'affaire Jean-Pascal DUMET
Pour le client Société PLACOPLATRE
M. Gilles BOUCHET
105, Route d'Argenteuil

95240 CORMEILLES EN PARISIS
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus. Il comporte 1 page.

ALGADE désengage sa responsabilité sur les données fournies par le client (libellé échantillon, date et lieu de prélèvement et volume prélevé le cas échéant).

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification Echantillon : ALG2504-370

N° d'affaire : PLAC 6H

Identification dossier : ALG25-372

Référence Contrat : ALGC15-114

Libellé Echantillon Client : Balise gymnase 4665 m3

Matrice : Air

Date de prélèvement : 16/04/2025

Date réception laboratoire : 25/04/2025

Lieu de prélèvement : gymnase villeparisis

Paramètre	Résultats	Unité	Incertitude élargie U(A) k=2	Limite de Détection LD	Date de la mesure	Méthode	Norme	cofrac
	A							
Analyse réalisée par : LED								
Activite alpha globale emergente	0.134	Bq	0.035	0.039	05/05/2025	Compteur à photomultiplicateur	Méthode interne	

Expression des résultats :

Si A est inférieur ou égal à SD alors le résultat est exprimé sous la forme : < SD

Si A>SD alors le resultat est exprimé sous la forme : A±U(A)

Avec SD : Seuil de décision, LD : Limite de détection, A : Activité, U(A) : Incertitude élargie associée à A.

Nicolas BERNHARD

Responsable Technique Laboratoire

A L G A D E